

De: Pregão
Para: Andheus
Cc: Pregão
Assunto: Pedido de Esclarecimento PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.013/CPB/2026 – Item 1 do Termo de Referência (Equipamento de Laserterapia Cluster – E-Light 10 ou equivalente)
Data: sexta-feira, 13 de março de 2026 12:41:23
Anexos: [image001.png](#)
[image002.png](#)
[image003.png](#)
[image004.png](#)
[image005.png](#)
[image006.png](#)
[image007.png](#)
[image008.png](#)
[image009.png](#)
[image010.png](#)

Prezado Licitante, boa tarde!

Encaminho a seguir o retorno da área demandante:

Prezados, bom dia!

Segue abaixo as informações solicitadas com a descrição do equipamento:

- **8 emissores de Âmbar + 2 emissores de laser infravermelho.**

Coloco-me a disposição para quaisquer dúvidas ou necessidades de informações.

Atenciosamente,

Wellington Ribeiro



PREGÃO

Aquisições e Contratações

+55 11 4710-4126 | pregao@cpb.org.br

CENTRO DE TREINAMENTO PARALÍMPICO BRASILEIRO

Rodovia dos Imigrantes km 11,5 - Vila Guarani, São Paulo | SP 04329-000



De: Andheus <contato@andheus.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 12 de março de 2026 13:35

Para: Pregão <pregao@cpb.org.br>

Assunto: Pedido de Esclarecimento PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.013/CPB/2026 – Item 1 do Termo de Referência (Equipamento de Laserterapia Cluster – E-Light 10 ou equivalente)

Geralmente, você não recebe emails de contato@andheus.com.br. [Saiba por que isso é importante](#)

Prezados! Boa tarde.

Em relação ao Item 1 do Termo de Referência, que especifica o Equipamento de Laserterapia Cluster (E-Light 10 ou equivalente), realizamos contato com nosso fornecedor, que neste caso é a própria fabricante do produto, DMC.

A fabricante nos informou que a descrição apresentada não corresponde a nenhum produto existente em sua linha. Especificamente, na especificação técnica, consta o requisito: “Possuir, no mínimo, 10 (dez) saídas de LED e 2 (duas) saídas de Laser (ou um total de 12 emissores agrupados)”.

Segundo a própria DMC, não há equipamento disponível com essas configurações. Diante disso, solicitamos esclarecimento quanto à descrição e às especificações técnicas do referido item, a fim de verificar se houve equívoco na redação ou se há possibilidade de adequação dos requisitos para que seja possível atender ao certame.

Atenciosamente,
